

Ao(a) Pregoeiro(a) da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA	OBJETO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO DO MUNICÍPIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE.		
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO				
PREGÃO PRESENCIAL				
2019.08.01.1				
DATA DE ABERTURA				
20 DE AGOSTO DE 2019 ÀS 08:00 HORAS				
NOME (REPRESENTANTE / EMPRESA)	BAIRRO	DENDÊ	ESTADO DO CEARÁ	OPTANTE DO SIMPLES
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA		Banco do Brasil - AG.3515-7 - C/C. 13622-0		NÃO
ENDEREÇO	TELEFONE FIXO / CELULAR:		(85) 3099-4959 - 9 96405251 (tim)	
RUA E, Nº 58, LOTEAMENTO DO EXPEDICIONÁRIOS II, CEP: 60.714-705 - CNPJ Nº 16.902.612/0001-00.			FORTALEZA CEARÁ	
DISTRIMEDICA@DISTRIMEDICA.COM.BR - LICITACAO@DISTRIMEDICA.COM.BR				


PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	UNITÁRIO	EXTENSO UNITÁRIO	TOTAL	EXTENSO TOTAL
1	CADEIRA: MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO RODÍZIOS NÃO POSSUI BRAÇOS POSSUI REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO	UND	1	JOTA FLEX	R\$ 100,00	cem reais	R\$ 100,00	cem reais
2	MESA PARA IMPRESSORA: ESTRUTURA AÇO/FERROPINTADO DIMENSÕES MÍNIMAS MÍNIMO DE 50 X 40 X 70CM TAMPO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR.	UND	1	JOTA FLEX	R\$ 137,50	cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos	R\$ 137,50	cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos
3	MESA DE CABECEIRA: GAVETA POSSUI MATERIAL DE CONFEÇÃO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR PORTAS POSSUI RODÍZIOS POSSUI.	UND	5	JOTA FLEX	R\$ 535,00	quinhentos e trinta e cinco reais	R\$ 2.675,00	dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais
dois mil, novecentos e doze reais e cinquenta centavos							R\$ 2.912,50	

VALOR TOTAL DA PROPOSTA	R\$	2.912,50
dois mil, novecentos e doze reais e cinquenta centavos		


VALIDADE DA PROPOSTA: 60(Sessenta) DIAS.
 PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL
 GARANTIA DOS PRODUTOS: 12 (DOZE) MESES

FORTALEZA-CE., 20 DE AGOSTO DE 2019


 José Maria Costa Filho
 sócio
 Distrimédica Com. de Prod. Méd e Odont.
 CNPJ 16.902.612/0001-00
 CPF 650.530.233-04



LEISTUNG



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO – CE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019.08.01.1

ANEXO II

PROPOSTA DE PREÇOS

DADOS DA EMPRESA	
Razão Social: Leistung Equipamentos Ltda	CNPJ: 04.187.384/0001-54
Endereço: R. João Ropelatto, nº 202	Bairro: Nereu Ramos
Cidade: Jaraguá do Sul	CEP: 89.265-520
Estado: Santa Catarina	Inscrição Estadual: 25.441.710-8
Inscrição Municipal: 25536	Telefone: (47) 3371-2741
Fax: (47) 3371-9267	E-mail: licita@leistungbrasil.com
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO	
RCELO JAVIER FERNANDEZ, argentino, casado, empresário, sócio gerente, residente e domiciliado a Rua João Ropelatto, 202, bairro Nereu Ramos, cidade Jaraguá do Sul, SC, inscrito no CPF sob o nº 831.651.180-00, RG nº 7.979.585 emitido 16/10/17, órgão emissor SESP/SC, (conforme poderes outorgados na 12ª Alteração Contratual).	
DADOS BANCÁRIOS	
Nome do Banco: Banco do Brasil S.A.	Nº do Banco: 001
Nome/Nº da Agência: 2011-7	Nº da Conta Corrente: 12745-0
Praça de Pagamento: Corupá, SC.	
Endereço Agência Bancária: Avenida Getúlio Vargas, nº 04 – Centro Corupá/SC CEP: 89.278-970.	

OBJETO: Aquisição de equipamento e material permanente destinado ao desenvolvimento das atividades do Hospital Municipal São Bernardo de interesse da Secretaria de Saúde do Município de Deputado Irapuan Pinheiro/CE, conforme projeto básico/termo de referência em anexo ao edital.

Item	Especificação	Und	Qtd	Marca	Valor Unitário	Valor Total
04	<p><u>VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO</u> Marca: Leistung Modelo LUFT3 Adulto Pediátrico e Neonatal COM TELA GRÁFICA LCD de 17" (Touch Screen) Nº. Registro da ANVISA: 80203470012 Fabricante: Leistung Equipamentos Ltda Produto de origem Nacional</p> <p>O ventilador pulmonar Luft 3 está entre os mais completos ventiladores pulmonares do mercado. Integrando a</p>	UN	01	Leistung	R\$ 42.500,00 (Quarenta e dois mil e quinhentos reais).	R\$ 42.500,00 (Quarenta e dois mil e quinhentos reais).

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108

Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos

CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267

www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com

Assistência Técnica
0800 645 1534



LEISTUNG



CERTIFICADO BPF
ISO 13485:2016/ EN ISO 13485:2016

R 04-02 (4)
Rev03

tecnologia TELA TOUCHSCREEN de 17 polegadas, exibe uma interface gráfica amigável e intuitiva de fácil operação, com ajustes rápidos e seguros de cada parâmetro ventilatório, oferecendo ao profissional um trabalho agradável e permitindo uma atenção especial ao paciente.

O **Luft 3** disponibiliza 11 modos ventilatórios necessários para terapia intensiva para pacientes Adultos e Pediátricos e 7 modos para pacientes neonatais.

MODOS VENTILATÓRIOS: ADULTO E PEDIÁTRICO

- VCV assistido / controlado
- PCV assistido / controlado
- PSV/CPAP
- PRVC assistido/controlado
- SIMV (VCV) + PSV
- SIMV (PCV) + PSV
- MMV + PSV
- PSV + VT assegurado
- Pressão bifásica (APRV + PSV)
- VNI
- HFNC

VENTILAÇÃO DE BACKUP (SUPORTE)


- Volume Assistido/Controlado
- Pressão Assistida/Controlada
- Disponível em todas as modalidades ventilatórias.

MODOS VENTILATÓRIOS: NEONATOLOGIA

- VCV assistido / controlado
- PCV assistido / controlado
- PSV/CPAP
- SIMV (PCV) + PSV
- Fluxo contínuo assistido/controlado
- CPAP nasal
- HFNC

CONTROLES:

- FiO₂: 21 a 100%
- Tempo Inspiratório: 0,1 a 30s
- Relação I:E: 5:1 - 1:99
- Frequência do Ventilador: 1 - 180 rpm
- Volume Corrente: 2,0 a 2.500 ml
- Volume Minuto: 0,01 a 25,0 l
- Sensibilidade:
 - Por Fluxo: 0,2 a 15 l/min |
 - Por Pressão: -0,2 a -15,0 cm H₂O
- Pressão Controlada (PCV): 1 a 80 cm H₂O



LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108

Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos

CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267

www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com


Assistência Técnica
0800 645 1534



LEISTUNG

CERTIFICADO BPF
ISO 13485:2016/ EN ISO 13485:2016

R 04-02 (4)
Rev03




<p>sobre PEEP</p> <ul style="list-style-type: none">• Pressão de Suporte (PSV): 0 a 80 cm H2O sobre PEEP• Pressão Inspiratória: -10 a 120 cm H2O• Rise Time: 6 níveis• Sensibilidade Expiratória: 5 a 80%• Tempo de Apneia: 5 a 60s• PEEP / CPAP: 0 a 50 cm H2O• Nebulização: 1 a 20 min. com volume insp. e FiO2 compensado• Fluxo Inspiratório: 0 a 200 l/min.• Fluxo Base: Off até 50 l/min.• Fluxo Expiratório: Até 200 l/min.• Pausa Automática Inspiratória (modo VCV): 0,1 - 2,0s com valor de pressão de platô• Pausa Inspiratória e Expiratória Manual: Até 30s• O2 100%: 1 a 20 min.• Forma de Onda de Fluxo:<ul style="list-style-type: none">QuadradaDesacelerada 100%Desacelerada 50%SenoidalAcelerada• Válvula de Segurança Interna de Pressão Inspiratória • • Ajustada em 120 cm H2O• Válvula Reguladora de Pressão de Entrada de Ar e O2 incorporada internamente ao equipamento• Conector de Sinal RS232 para comunicação externa com software e entrada de sinais• Conector de Sinal USB para atualização de serviço e software do equipamento• TGI sincronizada com a fase expiratória• Suspiro: Ciclos por hora, quantidade, volume tidal máximo• Escalas Automáticas para amplitude e configurável para tempo• Congelar Gráficos: Grade para fácil interpretação dos valores• Standby: Mantém o ventilador em espera sem alteração da programação• Ventilação de Backup: Disponível em todos os modos ventilatórios• Compensação de Altitude: 0 a 6.000 msnm• Nível do Som de Alarme: 20 a 100% <p>MONITORIZAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none">• Pressão da Via Aérea: Pico: 0 a 120 cm H2O					
---	--	--	--	--	--

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108
Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos
CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267
www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com

Assistência Técnica
0800 645 1534



LEISTUNG



- Pressão da Via Aérea: Platô: 0 a 120 cm H2O
 - Pressão da Via Aérea: Média: 0 a 120 cm H2O
 - Pressão da Via Aérea: Base (PEEP): 0 a 50 cm H2O
 - Tempo Inspiratório: 0 a 30s
 - Tempo Expiratório: 0 a 30s
 - Relação I:E: 49:1 e 1:99
 - Pausa Inspiratória: 0 a 30s
 - Volume Corrente Inspirado (Distal e Proximal): 0 a 2,5l
 - Volume Corrente Expirado (Distal e Proximal): 0 a 2,5l
 - Pico de Fluxo Inspiratório (Distal e Proximal): 999 l/min.
 - Pico de Fluxo Expiratório (Distal e Proximal): 999 l/min.
 - Complacência Dinâmica: 999 ml/cm H2O
 - Frequência Total e Espontânea: 250 rpm
 - Indicador de Ciclos Espontâneos ou Mecânicos: Símbolos e gráficos
 - Volume Minuto (Distal e Proximal) total e espontâneo: 0 a 25 l/min.
 - Concentração de FiO2 : 21 a 100%
 - Constante de Tempo Expiratório: 9,99s
 - Constante de Tempo Inspiratória: 9,99s
 - Volume Compressível: 399 ml
 - Relação TI/TTOT: 0,98
 - ETCO2 (Opcional): 99,9 mmHg
 - CO2 Inspirado (Opcional): 99,9 mmHg
 - Total de Fugas: 50 l/min.
 - Nível de Ventilação (ml/Kg): 99,0 ml/kg
 - Nível de Carga de Bateria: 0 a 100%
 - Complacência do Circuito Paciente: 4,0 ml/cm H2O
 - SpO2 (Opcional): até 1,00
 - Frequência de Pulso (Opcional): 250 bpm
 - SpO2 /FiO2 (Opcional): 476
- MECÂNICAS VENTILATÓRIAS**
- AutoPEEP
 - Capacidade vital lenta
 - Complacência dinâmica
 - Complacência estática
 - Curva PV com baixo Fluxo
 - Índice de estresse
 - Índice de Tobin
 - P0.1 - Pressão de obstrução da via aérea
 - Resistência expiratória
 - Resistência inspiratória

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108

Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos


CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267

www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com

Assistência Técnica
0800 645 1534



LEISTUNG



- Trabalho respiratório
- Elastância
- CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS**
- Hora e data atual
- Hora e data do equipamento ligado
- Bloqueio da tela *touch screen*
- Indicador gráfico de fonte externa e bateria
- Indicador do nível de carga da bateria
- Barras indicadoras de faixa de ajuste dos parâmetros
- Barra gráfica da pressão ventilatória com indicador do nível dos alarmes
- Leitura da FIO2 por célula galvânica ou pneumotacógrafo
- Símbolo para *stand by*
- Símbolo para histórico de alarme
- Ajuste de inclinação da tela LCD
- Histórico de 1000 alarmes e eventos com data e hora
- MENSAGENS COMPLEMENTARES**
- Sem sensor exalatório
- Sem sensor proximal
- Célula de oxigênio ativada
- Peso estimado do paciente
- ALARMES PROGRAMÁVEIS**
- Pressão máxima
- Pressão mínima
- Volume tidal máximo
- Volume tidal mínimo
- Volume minuto máximo
- Volume minuto mínimo
- Frequência máxima
- Frequência mínima
- FIO2
- PEEP
- Apneia
- ALARMES AUTOMÁTICOS**
- Queda de energia
- Ciclo interrompido
- Pressão de entrada de O / Ar (baixa e alta) 2
- Bateria baixa (bateria inoperante)
- Microprocessador (ventilador inoperante)
- Relação I:E invertida
- Desconexão paciente
- Desconexão do sensor proximal
- VISUALIZAÇÃO OPERACIONAL**
- Barra gráfica de pressão
- Indicador de ciclo espontâneo/controlado

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108

Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos


CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267

www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com

Assistência Técnica
0800 645 1534



LEISTUNG



<ul style="list-style-type: none">• Nível de carga da bateria• Programação das variáveis ventilatórias GRÁFICOS ADULTO E PEDIÁTRICO <ul style="list-style-type: none">• Seleção personalizável de até 5 gráficos simultâneos• Pressão / tempo• Fluxo / tempo• Volume / tempo• Volume / pressão• Fluxo / volume• Pressão / Fluxo• Pletismografia• ETCO2 / tempo• ETCO2 / volume GRÁFICOS NEONATAIS <ul style="list-style-type: none">• Seleção personalizável de até 3 gráficos simultâneos• Pressão / tempo• Fluxo / tempo• Volume / tempo• Pletismografia• ETCO2 / tempo TENDÊNCIA GRÁFICAS <ul style="list-style-type: none">• Volume Corrente• Volume Minuto• Frequência• Complacência Dinâmica• Pressão Pico e Base• Fluxo• Tendências gráficas até 72 horas com auxílio de grades para análise TENDÊNCIA NUMÉRICA <ul style="list-style-type: none">• Auto PEEP• Complacência dinâmica• Complacência estática• Resistência inspiratória• Resistência expiratória• Índice de estresse FONTE INTERNA (BATERIA) <ul style="list-style-type: none">• Tensão Nominal: 11,1V• Capacidade Nominal: 13,2Ah• Tipo: Bateria de Lítio (Li+)• Autonomia: 360 minutos (6 horas) GENERALIDADES <ul style="list-style-type: none">• Peso do equipamento: 15,4kg• Peso do pedestal: 12,6kg• Tela <i>Touch Screen</i> de 17 polegadas• Monitor LCD LED com ajuste de angulação					
--	--	--	--	--	--

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108

Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos


CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267

www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com

Assistência Técnica
0800 645 1534



LEISTUNG



<ul style="list-style-type: none">• Grau de Proteção Contra Penetração Nociva de Água: IP22• Classificação de Produto Médico: Classe III• Alimentação elétrica: 100 V - 240 V ~ 0,6 A - 0,29 A <p>OUTRAS FUNÇÕES</p> <ul style="list-style-type: none">• Histórico de alarmes com os últimos 1000 eventos apresentando data, hora e alarme.• Registro dos valores consultados na Mecânica Respiratória• Prova do circuito sem desligar o equipamento• Menu de indicação de horas de uso e serviços realizados.• Ajustes de Altitude para compensação de volume.• Possibilidade de troca de idiomas• Ajuste de hora e data.• Válvula de Segurança, já incorporada ao equipamento.• Regulador de pressão de linha incorporado internamente ao equipamento, podendo ser ligado direto na linha de gás do hospital, sem necessidade de reguladores externos. <p>CONFIGURAÇÕES ESPECIAIS</p> <ul style="list-style-type: none">• 100% oxigênio até 20min. com silêncio automático de alarme• Adequação da interface do paciente ou troca do circuito com recalibração sem a necessidade de desligar o equipamento e mantendo o registro do histórico do paciente• Cálculo automático do peso teórico e seleção da interface de acordo com o paciente• Compensação de altitude• Configuração das variáveis monitoradas• Curva de Fluxo 50% Descendente• Interface Intuitiva• Medição de gases com correções BTPS• Ventilador inteligente, recorda as preferências do usuário após 10 usos• Ajuste do Volume do alarme• Bateria com 6 horas de autonomia• Interface intuitiva com configuração das variáveis monitoradas• Nebulizador sincronizado com compensação do volume, fluxo e FIO2• Indicador proporcional do nível de carga da bateria• Compensação automática da complacência do					
---	--	--	--	--	--

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108

Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos


CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267

www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com

Assistência Técnica
0800 645 1534



LEISTUNG



circuito paciente

- Sensor FIO2 interno e permanente não consumível

TELA DE CONFIGURAÇÃO INICIAL

- Seleção do paciente
- Sexo
- Altura e peso
- Cálculo automático do peso teórico
- Nível de ventilação por mL/kg
- Tipo de via aérea artificial
- Tipo de umidificação
- Prova de linha
- Medição da complacência do circuito
- Função último paciente

AUTO TESTES

- Vazamento no Circuito Paciente
- Fluxo Expiratório
- Complacência Circuito Paciente, mostra os valores

COMUNICAÇÃO

- Conector de Sinal RS232: Para comunicação externa com software e entrada de sinais.
- Conector de Sinal USB: Para atualização de Serviço e Software do Equipamento.

Acessórios

- 1 Manual de Instruções;
- 1 Manual Técnico;
- 1 Pedestal deslizante com quatro rodízios sendo dois rodízios com travas
- 1 Monitor Touch Screen 17";
- 1 Braço pantográfico para circuito paciente;
- 1 Cabo de força tripolar;
- 2 Circuitos paciente pediátrico/adulto (PVC);
- 2 Circuitos paciente neonatal/pediátrico (PVC);
- 1 Mangueira para ar comprimido;
- 1 Mangueira para oxigênio;
- 1 Pulmão de teste com resistência;
- 2 Válvulas exalatórias (Sensores de fluxo adulto/pediátricos Incorporados à Válvula exalatória);
- Sensores distais para cada categoria de paciente incorporados ao equipamento;
- 2 Sensores Proximais Neonatais;

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108

Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos


CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267

www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com

Assistência Técnica
0800 645 1534



LEISTUNG



	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Filtro de AR comprimido; • 1 Umidificador Aquecido; • 1 Jarra para Umidificador; 				
VALOR TOTAL DA PROPOSTA		R\$ 42.500,00 (Quarenta e dois mil e quinhentos reais).			

VALOR UNITÁRIO DO ITEM 04: R\$ 42.500,00 (Quarenta e dois mil e quinhentos reais).

VALOR TOTAL DO ITEM 04: R\$ 42.500,00 (Quarenta e dois mil e quinhentos reais).

PRAZO DE ENTREGA: em até 05 (cinco) dias corridos, após o recebimento da Autorização de Fornecimento/Ordem de Compra.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a contar da abertura deste Pregão.

Declaramos que temos pleno conhecimento, aceitação e cumpriremos todas as obrigações contidas no anexo 1 - Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.

Declaramos que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com: encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros, tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações, seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal, mediante atesto do recebimento do equipamento e o encaminhamento da documentação necessária.

ENDEREÇO DE ENTREGA: conforme local indicado na Ordem de Empenho.

GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS: Os equipamentos ofertados possuem garantia da qualidade, contra defeitos de fabricação pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente ou desgaste natural.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Prestada pela própria indústria:

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.

CNPJ: 04.187.384/0001-54

Rua João Ropelatto, 202, bairro Nereu Ramos,

89.265-520 Jaraguá do Sul - SC

Tel: (47) 3371-2741 Fax: (47) 3371-9267

CREA empresa - Registro: 064660-4

Eng. Responsável: MATEUS EMRICH MONNERAT

Registro: SC S1 088984-3 Expedido pelo CREA-SC

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108

Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos

CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267

www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com

Assistência Técnica
0800 645 1534



LEISTUNG

CERTIFICADO BPF
ISO 13485:2016/ EN ISO 13485:2016

R 04-02 (4)
Rev03



ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO:

Parceiro Comercial:

Nome Fantasia: SORO MED

Razão Social: SORO MED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 02.867.205/0001-02 - IE: 06.273.686-8

Contato com e-mail e telefone:


Telefone: (85)3253-5454 (85) 3063-8799

José Reginaldo Soares Pimentel (85) 99982-5575 - Joaquim Veras (85) 99985 8574

E-mail: soro_med@yahoo.com.br - soro_med@hotmail.com

Endereço: Jaime Benévolo, 1461, Fátima CEP: 60050-081.

Cidade: Fortaleza - CE



Autorização de funcionamento ANVISA Nº GHL3983MX9H2

Declaramos inteira submissão ao presente termo e legislação vigente.

Jaraguá do Sul, SC, 20 de Agosto de 2019.

Leistung Equipamentos Ltda

CNPJ: 04.187.384/0001-54

Caio da Câmara Pimentel

Auxiliar administrativo - Procurador

CPF: 046.265.623-37

RG: 2000010181688 SSP/CE


LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108

Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos

CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267

www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com

Assistência Técnica
0800 645 1534



QUIMIFORT Com. de Produtos Químicos e Laboratorial Eireli

Av. Whashington Soares, 5455 - José de Alencar - CEP 60.830-005 - Fortaleza - CE
(85) 3253.4772 FAX: (85) 3253.5628 / quimifortltda@hotmail.com
CNPJ - 41.654.740/0001-29 CGF - 06.914.080-4

Cliente.: PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO
Att.: A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO
Pregão Presencial nº.: 2019.08.01.1
Abertura: 20 de Agosto de 2019 às 08:00 horas

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE

RAZÃO SOCIAL: QUIMIFORT COM. DE PRODS. QUIMICOS E LAB. EIRELI

ENDEREÇO: AV WASHINGTON SOARES, 5455 - JOSÉ DE ALENCAR - CEP: 60830-005 - FORTALEZA - CE. TELEFONE: (85) 3253.4772, FAX (85) 3253.5628

CNPJ: 41.654.740/0001-29

INS. ESTADUAL: 06.914.080-04

INS.MUNICIPAL: 122.468-9

EMAIL: quimifortltda@hotmail.com

Dados Bancários: BANCO: BRASIL - AGÊNCIA Nº 1369-2 - C/C105156-3

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO AO EDITAL.

PROPOSTA READEQUADA

Item	Quant.	Apr.	Discriminação	Marca	V. Unit.		Total	
5	5	UND	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA: APLICAÇÃO ADULTO RODÍZIOS POSSUI COLCHÃO HOSPITALAR MÍNIMO D28 MATERIAL DE CONFEÇÃO ESTRUTURA/LEITO EM CHAPA AÇO/FERRO PINTADO ACIONAMENTO POR MANIVELAS 03 CABECEIRA/PESEIRA POLIURETANO/SIMILAR 1 GRADES LATERAIS AÇO INOXIDÁVEL.	TUBOMED	3.360,00	três mil, trezentos e sessenta reais	R\$ 16.800,00	dezesseis mil e oitocentos reais
VALOR TOTAL							R\$ 16.800,00	dezesseis mil e oitocentos reais
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:							R\$	16.800,00
dezesseis mil e oitocentos reais								

Prazo de Entrega: até 05 (cinco) dias corridos, a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias Conf. Edital

Condições de Pagamento: Conf. Edital




Observações:

* O licitante declara que tem pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - Projeto Básico/ Termo de Referência deste edital.

* Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:

- encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- seguros em geral, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços.

Fortaleza, (CE), 20 de Agosto de 2019.


QUIMIFORT EIRELI
José Artur Filho
RG: 9202700446-7
CPF: 718.204.693-87

